

MULTIMETER C 2606**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Цифровые токоизмерительные клещи, а также соответствующие насадки и адаптеры используются для измерения постоянных и переменных токов. Существенное преимущество этих приборов состоит в том, что измерение может выполняться без прерывания протекания тока.

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Цифровые электроизмерительные клещи
Номер для заказа	9427370000
Тип	MULTIMETER C 2606
GTIN (EAN)	4032248407019
Кол.	1 Шт.

MULTIMETER C 2606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	53 мм	Высота (в дюймах)	2,087 inch
Глубина	108 мм	Глубина (дюймов)	4,252 inch
Масса	570 g	Масса нетто	888,2 g
Ширина	281 мм	Ширина (в дюймах)	11,063 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула Цифровые
электроизмерительные
клещи

Измерительные и контрольные приборы

Выбор диапазона измерения	Вручную	Диапазон измерения напряжения/ переменный ток	0,66 - 750 V
Диапазон измерения напряжения/ постоянный ток	0,66 - 1000 V	Диапазон измерения сопротивления, макс.	66 MΩ
Диапазон измерения сопротивления, мин.	660 Ω	Диапазон раскрытия токоизмерительных клещей	57 мм
Диапазон частот, макс.	66 Hz	Диапазон частот, мин.	1 MHz
Измерение частоты	Да	Измеренное значение емкости, макс.	6,6 mF
Измеренное значение емкости, мин.	6,6 nF	Измеренное значение тока, макс.	2 000 A
Индикация	цифровой	Категория измерительной цепи	KAT III
Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	0 °C
Тип батареи	Блок батарей 9 V	Тип тока	Переменный ток, DC
Точность измерения переменного напряжения	± 0,5%	Точность измерения постоянного напряжения	± 0,5%

Классификации

ETIM 6.0	EC000380	ETIM 7.0	EC000380
ECLASS 9.0	27-20-03-12	ECLASS 9.1	27-20-03-12
ECLASS 10.0	27-20-03-12	ECLASS 11.0	27-20-03-12

Важное примечание

Сведения об изделии Функция мин./макс. применима только для диапазона пост. тока.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Уведомление об изменении продукта [Technical change DE](#)
[Technical change EN](#)

Пользовательская документация [Operating instructions](#)

Дата создания 11 апреля 2021 г. 19:06:57 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

MULTIMETER C 2606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

